

Tabella allegata al Certificato: **281T rev. 00**

Responsabile: **sig. Mario PASQUINI**
Sostituto: **sig. Nicolò CAPPELLONI**
Settori accreditati: **2**

Tarature esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza relativa (*) (**)	Note
Volume (1)	Distributori di carburante: benzina gasolio	20 L da 20 L a 100 L	1 % 0,7 %	① ②

(*) L'incertezza di misura è espressa con una probabilità di copertura di circa il 95%.

(**) L'incertezza relativa riportata rappresenta la migliore possibile nel campo di misura indicato.

- ① Distributore di carburante di tipo liquido con esclusione dei gas di petrolio liquefatto (GPL).
② Con portate fino a 200 L/min.

Verificazioni esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza / Area metrologica	Strumento in verificaione	Campo di misura	Classe	Note
Controlli metrologici (1) Verificazione periodica su strumenti con funzionamento di misura legale (D.M. n. 93 del 21 aprile 2017)	Distributori di carburante: benzina gasolio	20 L da 20 L a 100 L	Classe 0,5 Classe 0,5	③ ④ ⑤

③ Distributori di carburante di tipo liquido con esclusione dei gas di petrolio liquefatto (GPL).

④ Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all'Allegato II e all'Allegato III – scheda C del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017.

⑤ Con portate fino a 200 L/min.



Il Direttore di Dipartimento
The Department Director
(Ing. Rosalba Mugno)